

Oggetto: "Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalita' Application Service Provider (ASP) per la fornitura di materiale per sterilizzazione". Risposte alle richieste di chiarimenti

Domanda 1: Con riferimento al lotto 1 e 2 si chiede di poter presentare offerta solo per alcuni dei riferimenti e non per tutti.

Risposta 1: i lotti vanno considerati indivisibili

Domanda 2: in merito alla gara in oggetto venga diviso il lotto 1 in sub-lotti in quanto i prodotti indicati, uniti in un lotto singolo, limitano il principio di concorrenza e di maggior accesso al mercato.

Risposta 2: i lotti vanno considerati indivisibili

Domanda 3:

1) In riferimento al lotto n. 1 voce gara 7, la targhetta identificativa su che dispositivo deve essere applicata? Di che materiale deve essere composta? Inoltre tra le due misure richieste di cui non c'è una grossa differenza di misura, c'è un enorme differenza di prezzo, c'è un errore di battitura? Possiamo offrire misure un po' più piccole?

2) Se si rispetta il totale dell'offerta di ogni lotto la base d'asta unitaria si può superare?

Risposta 3: 1) la voce gara 7 del lotto 1 riguarda gli indicatori di processo ISP Steam Emulator (classe 6) testati e validati per sterilizzazione a vapore; le targhette identificative (oggetto del quesito), presenti alla voce n.8 del lotto n.1. sono dedicate all'uso per i containers destinati alla sterilizzazione dello strumentario chirurgico e devono essere realizzate in alluminio serigrafabile e nelle misure approssimative indicate;

2) il prezzo da considerare è l'importo a base d'asta complessivo e non quello della singola voce, che è indicativo.

Domanda 4: In riferimento al Lotto 1 ed al Lotto 2 si precisa che i sub lotti 1-2-3 sono dispositivi dedicati alle apparecchiature Sterrad. Si chiede pertanto la possibilità di poterli scorporare così da permettere una più ampia partecipazione di operatori economici sulla base del principio di libera concorrenza

Risposta 4: i lotti vanno considerati come indivisibili

Domanda 5: nell'ottica di garantire una più ampia partecipazione alla procedura di cui al Lotto 1, si chiede di scorporare i sub-lotti, rendendoli oggetto di singoli Lotti autonomi a sé stanti, al fine di consentire la possibilità di formulazione dell'offerta anche agli operatori economici che, pur non possedendo a catalogo l'intera gamma di prodotti oggetto del Lotto n.1, siano comunque in grado di fornire i prodotti di uno o più sub-lotti.

In alternativa, si chiede di rivedere la indivisibilità del lotto, permettendo la partecipazione a singoli sub lotti.

Risposta 5: i lotti vanno considerati come indivisibili

Domanda 6: relativamente al Lotto 1 Sub 3 , si chiede di rivedere le basi d'asta , in quanto risultano basse rispetto agli attuali prezzi di mercato.

Risposta 6: il prezzo da considerare è l'importo a base d'asta complessivo e non quello della singola voce, che è indicativo.

Domanda 7: con la presente siamo a richiedere se è possibile presentare offerta per singole voci e non per Lotto unico.

Nello specifico richiediamo anche la possibilità per il lotto 1 di scorporare questa Voce dividendo gli indicatori di processo ISP Steam Emulator (Class 6) dalle etichette adesive con indicatore di processo per sterilizzazione a vapore. Richiediamo che venga divisa questa Voce in due sottovoci distinte dividendo di conseguenza anche i quantitativi e il prezzo a base d'asta.

Risposta7: i lotti vanno considerati come indivisibili

Domanda 8: Chiarimenti per LOTTO N. 3 – Decontaminanti, detergenti compatibili con termodisinfettore Miele.

Con la presente si comunica, nella qualità di rivenditore e CAT autorizzato di Miele, che alcuni dei prodotti richiesti al lotto 3, nello specifico quelli relativi ai sub lotti n. 6-7-8-9-10, sono destinati a tutt'altro utilizzo non facenti parte del processo automatizzato di lavaggio e termodisinfettione dello strumentario chirurgico. Ne consegue che, per quanto ci è dato di sapere, nessun produttore di termodisinfettori potrebbe certificarne la compatibilità con le proprie apparecchiature automatiche, sia per la composizione chimica che per gli effetti secondari (produzione di schiuma, etc.) che inficerebbero il procedimento automatizzato in macchina. Per i motivi esposti si chiede che l'aggiudicazione venga effettuata per singolo sublotto o che ne venga costituito uno per i prodotti di specifica pertinenza e compatibili con i termodisinfettori Miele. A conferma di quanto espresso si allega dichiarazione della Miele in merito.

Risposta 8: i lotti vanno considerati come indivisibili