



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Avv. Angelo Rabotti

Prot. n. 15077

del 05/07/2019

Oggetto: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura , per anni due , di presidi specialistici per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di questo Grande Ospedale Metropolitano".

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:

In riferimento al Lotto 182 si chiede essendo la nostra Azienda aggiudicataria di gara per anni tre Determina n. 1227 del 24 Ottobre 2018 di poter valutare la non aggiudicazione dello stesso.

Risposta quesito n. 1:

Essendo ancora attiva l'aggiudicazione si ritiene di non procedere all'aggiudicazione del Lotto n. 182.

Quesito n. 2:

Lotto n. 34 :Non è chiara la distribuzione fra set a 1, 2 e 3 trasduttori:tali prodotti hanno prezzi assai dissimili tra loro e ai fini dell'ottenimento dell'offerta economicamente più vantaggiosa è indispensabile conoscerne la distribuzione.

Risposta quesito n. 2:

Non essendo stata specificata la quantità numerica dei set a 1 a 2 o a 3 trasduttori, l'offerta economica va intesa per il set a 2 trasduttori.

Quesito n. 3:

Lotto n. 35 : si prega di specificare anche il modello del monitor GE in dotazione per individuare esattamente il tipo di cavo richiesto.

Risposta quesito n. 3:

Il modello del monitor in nostro possesso è : GE Carescape 850.

Quesito n. 4:

Lotto n. 36: Si prega di specificare cosa si intenda con "porta trasduttori"... compatibili con il sistema GE in ns. dotazione", se sia il consueto.

Risposta quesito n. 4:

E' da intendersi una piastra generica per la collocazione dei trasduttori indipendentemente dal sistema di monitoraggio in dotazione.

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria | tel. +39 0965 397524 | fax +39 0965 397517
email: annamaria.votano@ospedaleri.it - pec: protocollo@pec.ospedaleri.it web: www.ospedaleri.it

P.Iva | CF: 01367190806



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Quesito n. 5:

Lotto n. 49: Non è chiara la distribuzione fra set a 1 e 2 trasduttori: tali prodotti hanno prezzi assai dissimili tra loro e ai fini dell'ottenimento dell'offerta economicamente più vantaggiosa è indispensabile conoscerne la distribuzione.

Risposta quesito n. 5:

Non essendo stata specificata la quantità numerica dei set a 1 e a 2 trasduttori, l'offerta economica va intesa per il set a 2 trasduttori.

Quesito n. 6 :

I circuiti e tubi respiratori per adulti presenti sul mercato hanno diametro interno da 19 a 22 mm mentre nel capitolato tecnico richiedete tubi di diametro interno 22 mm, escludendo così la partecipazione a quelle ditte che dispongono di tubi D.I. 19mm.

Siamo quindi a chiedere di inserire una percentuale di tolleranza ammettendo così anche:

- 1) per i circuiti adulti "diametri interni compresi nel range 18-22 millimetri".

Risposta quesito n. 6 :

Si ritiene di poter accogliere l'osservazione della ditta modificando la dicitura nel capitolato da "diametro tubi 22 mm" a "diametro tubi 18 - 22 mm."

Il Direttore U.O.C.

Provveditorato Economato e Gestione Logistica

(Avv. Angelo Rabotti)