



Azienda Ospedaliera
Bianchi - Melacrino - Morelli
Reggio Calabria

U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica

Reggio Calabria li, 04 NOV. 2014

Prot. n° 5314 del 04 NOV. 2014

OGGETTO: CHIARIMENTI - Procedura aperta per la fornitura, per un periodo di mesi sei, di materiale sanitario di Cardiologia.

Chiarimenti (bis) del 04.11.2014

Quesito n°1:

< A pagina 10 del capitolato, dove viene descritta la documentazione economica da presentare, al pt. 4 viene riportao quanto segue:

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentate della ditta o da soggetto munito di procura notarile abilitata ad impegnare la ditta stessa; in questo ultimo caso la procura, in originale o in copia autentica, deve riguardare o lo specifico appalto o in genere tutti gli appalti delle pubbliche amministrazioni e deve essere allegata ai documenti richiesti a corredo dell'offerta. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato non costituisce titolo idoneo a partecipare alla gara. In caso di RTI l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Siamo a chiedere se è necessario allegare una copia della procura in ogni busta economica o se è sufficiente la copia della procura inserita nella busta amministrativa. >

Risposta quesito n°1:

< Attenersi alle disposizioni e modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. >

Quesito n°2:

< In riferimento all'oggetto si chiedono chiarimenti in merito al lotto numero 178 dell'elenco relativo al materiale per Emodinamica - Denervazione Renale, in quanto nello stesso viene richiesto un generatore a radiofrequenza (che generalmente viene fornito in comodato d'uso dalla ditta aggiudicatrice del materiale monouso, vedi lotto 179) e non viene specificato il dispositivo monouso da utilizzare con tale generatore, con le relative caratteristiche. >

Risposta quesito n°2:

< In relazione al lotto n°178 dell'elenco relativo al materiale per Emodinamica - Denervazione Renale si specifica che il dispositivo monouso da utilizzare da un aeratore a radiofrequenza è il seguente:

"Catetere orientabile con elettrodo monopolare in punta per ablazione arterie renali dotato di catetere guida da 6 Fr, accesso femorale, unica misura di catetere per tutte le arterie renali di diametro diverso da loro. Risultati clinici con follow up fini a 3 anni.

Catetere su filo guida Rapid Exchange. Catetere guida da 6 Fr, avente 4 elettrodi con erogazione simultanea di 1 minuto per ablazione arterie renali, accesso femorale, unica misura di catetere per tutte le arterie renali da 3 a 8 mm. Non occlusivo. Risultati clinici della terapia con follow up fino a tre anni." (la ditta aggiudicatrice dovrà cedere in comodato d'uso la relativa apparecchiatura per tutto il periodo della fornitura). >



Il Direttore
U.O.C. Gestione Forniture
Servizi e Logistica
(Avv. Angelo Rabotti)