



Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Gestione forniture, servizi e logistica

Reggio Calabria li, 21/09/2015_

Protocollo n° 4824. del 21/09/2015...

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e dispositivi medici per la UOSD di Terapia del dolore. Chiarimenti

Domande:

In merito al lotto n. 32 "Pompa totalmente impiantabile" del Capitolato Speciale d'Appalto della Gara in oggetto chiediamo:

- 1) In merito alla durata della batteria, verranno presi in considerazione dispositivi con tale specificità di durata o saranno valutati anche dispositivi con una durata della batteria differente?
- 2) Per quanto riguarda la compatibilità con risonanza magnetica quali caratteristiche vengono richieste?
- 3) Per quali terapie e quindi per quali categorie di farmaci la pompa deve avere autorizzazione CE per la somministrazione?

Risposte:

Domanda N 1: In merito alla durata della batteria, verranno presi in considerazione dispositivi con diversi range di durata della batteria; per una migliore valutazione, la durata della batteria sarà valutata in funzione dell'erogazione giornaliera del farmaco,

Domanda N 2 In merito alla compatibilità con la RMN verranno presi in considerazione dispositivi compatibili con RMN Full-Body fino a 3 Tesla e che non abbiano bisogno di assistenza tecnica pre e post esame diagnostico.

Domanda N° 3 In relazione a quali terapie e quindi per quali categorie di farmaci la pompa deve essere autorizzata CE per la somministrazione? Si risponde che la pompa deve essere usata per i pazienti affetti da dolore cronico benigno, maligno e per ipazienti affetti da spasticità, pertanto la pompa deve avere certificazione CE per la stabilità e l'erogazione di farmaci quali Morfina, Ziconotide e Baclofene. Deve garantire la stabilità dei suddetti farmaci all'interno del proprio serbatoio per almeno 150 giorni.

Il Direttore
U.O.C. Gestione forniture, servizi e logistica
(Avv. Angelo Rabotti)