



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Reggio Calabria li, **16.03.2011**

Protocollo n° 1175 del 16.03.2011

OGGETTO: CHIARIMENTI - "Procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci per l'U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero "Riuniti".

Quesito n°1:

< Relativamente alla VOCE 1 GENERATORI DI TECNEZIO, si evince che desiderate 3 generatori a settimana. Vorremmo pertanto sapere se tutti e 3 devono avere 6 GBQ alla data di arrivo. >

Risposta quesito n°1: < I generatori di tecnezio 99m sono 2 (due) per settimana e devono pervenire uno non oltre le ore 11 del venerdì mattina [*con primo utilizzo il lunedì successivo*]; l'altro entro le ore 11 del mercoledì [*con primo utilizzo il giorno seguente*]. I generatori dovranno avere un'attività di almeno 6 GBq il primo giorno di utilizzo >.

Quesito n°2:

< A pag. 11 pt. 3 e 4 chiedete i fatturati e i certificati per forniture analoghe a quello oggetto di gara per il triennio 2008-2010; poiché detti certificati, essendo ancora inizio anno, non saranno disponibili per il 2010, è possibile invece fornire i dati del triennio 2007-2009?. >

Risposta quesito n°2: < La dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa, l'importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, e l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestate negli ultimi tre anni, devono essere riferiti al triennio 2008-2010 >.

Quesito n°3:

< Relativamente ai GENERATORI DI TECNEZIO, il giorno da Voi indicato per l'utilizzo è quello di arrivo o il successivo?. >

Risposta quesito n°3: < I generatori di tecnezio 99m sono 2 (due) per settimana e devono pervenire uno non oltre le ore 11 del venerdì mattina [*con primo utilizzo il lunedì successivo*]; l'altro entro le ore 11 del mercoledì [*con primo utilizzo il giorno seguente*]. I generatori dovranno avere un'attività di almeno 6 GBq il primo giorno di utilizzo >.

UOC Medicina Nucleare

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Romeo)